

DÜŞME SAYSI CİHAZI (FN)

1 Adet

1. Tek numune ile test yapabilmelidir.
2. Cihaz ana gövdesi paslanmaz çelik kasa olmalıdır.
3. Cihaz 7" dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır.
4. Dokunmatik ekran 3 farklı tema seçeneğine sahip olmalıdır ve kullanıcı bunlardan birini seçebilmelidir.
5. Un, buğday ve diğer taneli ürünlerde alfa amilaz aktivitesinin ölçümü yapılabilirdir.
6. Alınan sonuçların değerlendirilmesi ile çimlenmiş ve sağlam taneli ürünlerin birbirine karışması önlemelidir.
7. Test ana ekranında; FN classic, Un ve Buğdayda Rakım düzeltmeli Falling Number testi (FN ALT FLOUR ve FN ALT MEAL), Katkılı unlar için Fungal Falling Number Testi (FFN) seçenekleri görüntülenebilmeli ve bir dokunuş ile istenilen test yapılabilirdir.
8. Tarih, saat, sıcaklık, rakım, arşiv ve yazıcı bilgilerinin girilebildiği ve değiştirebildiği bir ayarlar sekmesi olmalıdır.
9. Her numune için hem ekranda hem yazıcıda ayrı bir kimlik bilgisi verilebilmelidir.
10. Kullanıcı dostu olmalıdır.
11. Rakım değerine göre otomatik olarak sonuç düzeltilebilmelidir.
12. Numune miktarı hem %15, hem de %14 rutubet esasına göre belirlenebilmeli ve cihaz buna göre gerekli hesaplamaları otomatik yapmalıdır.
13. Test bitiminde sonucu ekranda gösterebilmelidir.
14. Sıvılaşma sayısının tespitini, (LN değeri) yapılabilirdir.
15. Paçal oranı tespit edilebilmelidir.
16. Entegre yazıcı bulunmalıdır.
17. Entegre yazıcı çıktısında sonuçlar ve numune detaylı görüntülenebilmelidir.
18. Son yapılan test sonuçları ekranda görüntülenebilmeli ve arşivlenebilmelidir.
19. Cihazının bağlanacağı renkli inkjet yazıcı verilmelidir.
20. Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle Garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti (Taahhüt) etmelidir.