

## GLUTEN YIKAMA CİHAZI

1 Adet

1. Tam otomatik olmalıdır.
2. ICC ve AACC standartlarına uygun olarak test yapılmalıdır.
3. Onaylı CE belgesi olmalıdır.
4. Aynı anda çift numune ile paralel olarak test yapabilmelidir.
5. Un, ırmık, buğday gulteni ve de tam buğday ununda (kıрма) yaş gulten analizi yapılmalıdır.
6. Un ve kıрма yıkama test prosedürleri farklıdır ve cihaz buna uygun olarak 2 farklı test metodunda da analiz yapabilmelidir.
7. Sonuçlar tekrarlanabilir ve stabil olmalıdır.
8. Yoğurma süresi ve yıkama süresi ayarlanabilir olmalıdır. Bunun için cihaz üzerinde bulunan dokunmatik ekran kullanılmalıdır.
9. Eleklerde bulunan mıknatıs düzeneği istenildiğinde iptal edilebilir olmalıdır.
10. Cihaz arka panelinde bulunan dipswirch'ler ayarlar için kullanılmamalıdır.
11. Yoğurma süresi 5 sn ile 75 sn, yıkama süresi 60 sn ile 900 sn aralığında değiştirilebilmelidir. Bu değişiklikler cihaz üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan yapılabilir.
12. Cihaz test bitimine 15 sn kala sinyal vermeli ve test bitiminde otomatik olarak durmalıdır.
13. Cihaz kasasının ön yüzü alüminyum, alt taban ve yan kapaklar ise paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
14. Cihazda 7" dokunmatik renkli ekran bulunmalıdır.
15. Cihazda buton bulunmamalıdır.
16. Cihazda 3 farklı tema seçeneği olmalıdır. Kullanıcı bunlardan birini seçebilmelidir.
17. Tüm aksesuarları ile beraber olmalıdır. (Power kablo, kullanıcı talimatı, yıkama hortumları, test çözeltisi için plastik ambalaj, 0,7 mm alimünyum kalibrasyon plakası, 3 set yıkama pompası hortumu, çengel çıkarma aparatı, test solüsyonu için 2 adet 500 mm beher, 10 adet 88 mikron ipek elek ve 10 adet 840 mikron elek)
18. Cihazının bağlanacağı renkli inkjet yazıcı verilmelidir.
19. Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle Garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti (Taahhüt) etmelidir.